



סימוכין:

תעודת אישור למבדקת שירות

מספר: 015

1. פרטי המבדקה

שם המבדקה: יוגל חברה לאלקטרוניקה	מס' רישום המבדקה: 511082331
שם מנהל החברה: יוסי גלצר	שם מנהל המבדקה: יוסי גלצר
כתובת המבדקה: יהודה הלוי 19, תל אביב	טלפון: 03-5164333
פקס: 03-5164377	דוא"ל: info@yogel.co.il

2. בעקבות המצב בארץ כתוצאה ממגפת הקורונה אני מודיעה בזאת כי:

האישור לפעול כמבדקת שירות של המפקח על משקלות, מידות וסטנדרטים מוארך עד ליום 30/6/2021 עבור כל מבדקות השירות. במקביל, הריני להביא לידיעתכם כי אנו עורכים בחינה מחודשת של כל נושא אסדרת "מבדקות השירות" באגף למשקלות ומידות ובמועד הארכה זו ישלחו אליכם ההוראות החדשות.

3. להלן האישור

הריני לאשר, כי מבדקת השירות שפרטיה מפורטים לעיל, אושרה על ידי לצורך מתן שירותי תיקונים, כוונונים ושינויים של מכשירי שקילה ומדידה בתקופה בה תעודת אישור זו בתוקף בתחומים כדלקמן:

למען הסר ספק, תעודה זו אינה מקנה הסמכה לכיול

3.1 תחומי האישור

מאזניים בדרגת דיוק (III) עד (II)
מכונות שקילה ואריזה
ראשי שקילה
משקולות בדרגות דיוק: $M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3}, M_3$

הריני לאשר כי, מבדקת השירות כאמור בתעודת אישור זו, עומדת בדרישות הוראת מנכ"ל 7.3 "אמות מידה לאישור מבדקות שירות"

3.2 תעודת אישור למבדקת שירות

עובד מבדקה, בעל אישור מטרולוג מאת המפקח, רשאי להסיר חותם או תווית חותם של המפקח לצורך שינוי, תיקון או כיוון של מכשיר השקילה והמדידה ולסמנו בחותם או בתווית חותם זמניים של המבדקה. החותם ותווית החותם הזמניים יעידו, כי המכשיר מאושר זמנית לשימוש, עד לביצוע אימות הדיוק ע"י המפקח. החותם ותווית החותם הזמניים, הניתנים ע"י בעל אישור זה, אינם מהווים הסמכה לביצוע אימות דיוק ואינם באים במקום תעודת אישור אימות דיוק מאת המפקח, כאמור בפקודת המשקלות והמידות 1947.

4. תוקף תעודת אישור

תעודת אישור זו תקפה מתאריך 1.1.2021 עד תאריך 30.06.2021
חובה לדאוג לחידוש תעודת אישור סמוך לפקיעת תוקפה

5. המאשר

מ.מ. המפקח על משקלות, מידות וסטנדרטים

שם ושם המשפחה: נאוה זקן

נאוה זקן
סמנכ"לית אכיפה ומדידה
המפקחת על משקלות, מידות וסטנדרטים

תאריך: 31.12.2020